

### Оснащенность экспертной организации средствами измерений

№ п/п	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции	Наименование СИ, тип (марка), заводской номер	Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска)	Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер	Метрологические характеристики СИ		Свидетельство о поверке СИ или сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия), организация проводившая поверку	Право собственности или законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования	Место установки или хранения	Прим.
					Диапазон измерения	Класс точности (разряд), погрешность				
1	Измерение сопротивления изоляции, контурного сопротивления, напряжения переменного тока	Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле выравнивания потенциалов МІС-3 зав. № 349405	SONEL S.F. Польша 2015	Инв. № 00000018 04.04.2016	200кОм - 3,00ГОм	ПГ ± 4%	Свидетельство о поверке № 07-303-534 от 30.03.2017г. до 29.03.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»	
2	Измерение сопротивления, сопротивления цепи фаз-ноль, напряжения и тока короткого замыкания	Измеритель сопротивления петли фаза-ноль «ИФН-300» зав. № 0153	Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» г. Ижевск 2015	Инв. № 00000017 04.04.2016	10-450В 0-22 кА 0,01-200 Ом	±1,5%	Свидетельство о поверке № 07-304-215 от 27.03.2017г. до 26.03.2019г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»	
3	Измерение светового потока	Люксметр «Testo 540» зав. №3903146/205	Германия TESTO AG 2012	Инв. № 00000026 04.04.2016	1150-1250лк	ПГ±1,5%	Свидетельство о поверке № 09-2-596 от 14.04.2017г. до 13.04.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»	
4	Измерение шума при работе оборудования	Анализатор шума и вибрации «Ассистент», Зав. № 034810	Россия ООО «НТМ-Защита» г. Москва 2010	Инв. № 00000046 08.08.2016	20-140ДБ	±0,7 ДБ	Свидетельство о поверке № 67.002474.17 от 24.04.2017г. до 23.04.2018г.	Акт № 0000-000002 от 06.08.2016 г. о приеме-передачи объекта основных средств	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»	
5	Измерение физических величин: температуры и влажности воздуха, атмосферного давления	Прибор комбинированный Testo-622, № 53505-13 Зав. № 39506906/411	Германия, TESTO AG 2014 г.	Инв. № 00000020 04.04.2016	Отн. Влажность 0-100% Температура -10..+60°С Давление 300-1200 ГПа	ПГ ± 2,0% ПГ ± 0,4% ПГ ± 3,0%	Свидетельство о поверке № 06-13-257 от 29.03.2017г. до 28.03.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»	

6	Измерение разметки и размеров. Измерение точности остановок	Штангенрейсмас» зав. № 2101	Россия ЗАО «Красный инструментальщик» 2012	Инв. № 00000024 04.04.2016	0-250 мм	ПГ±0,05 мм	Свидетельство о поверке № 09-2-557 от 03.04.2017г. до 02.04.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»
7	Измерение скорости вращения оптически бесконтактным способом	Тахометр электронный Testo-470 зав. № 1236097	Германия TESTO AG 2013	Инв. № 00000022 04.04.2016	100/1000 об/мин. 1000/10000 об/мин	+/-1%	Свидетельство о поверке № 43-04-0146 от 02.05.2017г. до 01.05.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»
8	Измерение расстояний, измерительный контроль установки оборудования	Угломер с нониусом зав. № 21910	Россия ЗАО «Красный инструментальщик» 2012	Инв. № 00000023 04.04.2016	0 <sup>0</sup> -180 <sup>0</sup>	±(2-5)'	Свидетельство о о поверке № 09-2-542 от 03.04.2017г. до 02.04.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»
		Линейка измерительная металлическая Зав. № 130	Россия «Micron»	Инв. № 00000019 04.04.2016	(0-500) мм	ПГ±0,05 мм	Свидетельство о поверке № 09-2-154 от 20.09.2016г. до 19.09.2021г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»
		Дальномер лазерный MetroCondrol 60 Зав. № 00005158	США Фирма «CONDROL» 2012	Инв. № 00000016 04.04.2016	не менее (0,1-60) м	±1,5мм	Свидетельство о поверке № 09-2-578 от 11.04.2017г. до 10.04.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»
9	Измерительный контроль зазоров, размеров оборудования	Штангенциркуль ШЦ-1-130-0,1 зав. № 056006791	Россия ЗАО «Эталон» г. Москва 2012	Инв. № 00000025 04.04.2016 г.	0-130 мм	ПГ±0,05 мм	Свидетельство о поверке № 09-2-530 от 03.04.2017г. до 02.04.2018г.	Собственность ООО «ТЕХНОТЕСТ» Товарная накладная № 2 от 01.04.2016 г.	Помещение для хранения средств измерений ООО «ТЕХНОТЕСТ»